



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

THSK MİKROBİYOLOJİ REFERANS
LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI - THSK
MİKROBİYOLOJİ REFERANS
LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI EVRAK
BİRİMİ

19/06/2015 16:22 / 80962070 / 010.06.99 / 1869



Sayı : 80962070/
Konu : Aseptizör cihazı

TEKNOMAR MAKİNA İML. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Uzayçağı bulvarı 900 sk. No :29

06370 Ostim / Ankara

Kurumumuzda 01-20/05/2015 tarihleri arasında İklimlendirme, Nem ve Filtrasyon testleri, Class 10000 (pozitif ve negatif basınçlı ortam) standardında alan oluşturmak amacıyla testlerini yapmış olduğumuz “Teknomar marka Aseptizör cihazının” pozitif ve negatif basınçlı izolasyon odası oluşturma testlerinden başarı ile geçtiği Kurumumuzca tespit edilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Doç. Dr. Selçuk KILIÇ
Daire Başkanı V.